Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский

оследоват институт онкологии и радиологии» Кайдарова Д.Р. 2023 года

## Протокол итогов № 26-2023 по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

«8» июня 2023 года

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр. Абая, 91

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими

потенц	потенциальными поставщиками:				Наименование	Дата и время	Заявленная
Nº	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол- во/ объем	потенциальных поставщиков	предоставления ценового предложения	общая цена, в тенге
					TOO Marriage	06.06.2023 12-30	
1	Фильтр очистки воздуха в Установке SSD-102	Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха, предназначенного для продувки каналов гибких эндоскопов в Установке DSD-201. Размер пор, не более 0,2 мкм. Конструкция фильтрующего элемента должна быть дисковая. Фильтр должен иметь быстросъемное крепление. Цветовая индикация соединительных штуцеров должна быть голубого — белого цветов. Диаметр диска фильтрующего элемента, не более 60 мм.	шт.	4	TOO «Медидез»	00.00.2023 12 30	
		Габаритная длина с соединительными штуцерами, не более 130					76000
	Фильтр очистки воды 0,2 мкр в Установке SSD-102	мм.  Фильтр должен быть предназначен для бактериостатической фильтрация воды от частиц размером не более 0,2 микрон. Тип фильтра должен быть сменный, мембранного типа. Фильтрующим элементом должен быть полисульфон. Вид очистки должен быть	шт.	2	TOO «Медидез»	06.06.2023 12-30	
2	, ~,	механический, бактериальный. Длина фильтра не более 25,4 см. Диаметр уплотнительного отверстия фильтра без прокладки, не более 26 мм. Диаметр фильтра внешний, не более 70 мм. Тип уплотнения должен быть двойная резиновая манжета.	2			06.06.2023 12-30	379000
3	Фильтр очистки воды 0,5 мкр в Установке SSD-102	Фильтр должен быть предназначен для фильтрации от взвешенных частиц с порами не более 0,5 микрон, грязи, нерастворимых примесей воды, поступающей в Установку. Тип фильтра должен быть сменный, стандартный, ЭФМ. Вид очистки	шт.	4	TOO «Медидез»		322000
4	Фильтр очистки воды 1,0 мкр в Установке SSD-102	должен быть механический.  Фильтр должен быть предназначен для фильтрации от взвешенных частиц с порами не более 1,0 микрон, грязи, нерастворимых примесей воды, поступающей в Установку. Тип фильтра должен быть сменный, стандартный, ЭФМ. Вид очистки должен быть механический.	шт.	4	TOO «Медидез»	06.06.2023 12-30	322000

						12.25.2022 12.20	
	1	Фильтр должен быть предназначен для механической очистки рабочего раствора дезинфицирующего средства в Установке. Фильтр должен быть совместим с действующими веществами дезинфицирующих средств, содержащих глутаровый альдегид, ортофталевый альдегид, надуксусную кислоту. Конструкция фильтрующего элемента должна быть цилиндрическая. Тип картриджа должен быть неразборный. Крепление должно быть быстросъемное. Фильтр должен крепится к внутренним замкам магистралей Установки. Фильтр должен иметь маркировку показывающую направление потока жидкости. Диаметр фильтрующего элемента не более 30 мм. Габаритная длина с	шт.	12	TOO «Медидез»	06.06.2023 12-30	138000
	Фильтр очистки воздуха в Установке DSD-201	соединительными штуцерами не более 180 мм.  Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха, предназначенного для продувки каналов гибких эндоскопов в Установке. Размер пор, не более 0,2 мкм. Конструкция фильтрующего элемента должна быть дисковая. Фильтр должен иметь быстросъемное крепление. Цветовая индикация соединительных штуцеров должна быть голубого — белого цветов. Диаметр диска фильтрующего элемента, не более 60 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами не более 130	шт.	16	TOO «Медидез»	06.06.2023 12-30	304000
	Фильтр очистки воды 0,2 мкр в Установке DSD-201	мм. Фильтр должен быть предназначен для бактериостатической фильтрация воды от частиц размером не более 0,2 микрон. Тип фильтра должен быть сменным, мембранного типа. Фильтрующим элементом должен быть полисульфон. Вид очистки должен быть механический, бактериальный. Длина фильтра не более 25,4 см. Диаметр уплотнительного отверстия фильтра без прокладки, не более 26 мм. Диаметр фильтра внешний, не более 70 мм. Тип уплотнения должен быть двойная резиновая манжета.	шт.	4	TOO «Медидез»	06.06.2023 12-30	758000
	Фильтр очистки воды 0,5 мкр в Установке DSD-201	уплотнения должен быть двоиная резиновал малжета.  Фильтр должен быть предназначен для фильтрации от взвешенных частиц с порами не более 0,5 микрон, грязи, нерастворимых примесей воды, поступающей в Установку. Тип фильтра должен быть сменным, стандартным, ЭФМ. Вид очистки должен быть механический.	шт.	8	TOO «Медидез»	06.06.2023 12-30	644000
	Фильтр очистки воды 1,0 мкр в Установке DSD-201	Фильтр должен быть предназначен для фильтрации от взвешенных частиц с порами не более 1,0 микрон, грязи, нерастворимых примесей воды, поступающей в Установку. Тип фильтра должен быть сменным, стандартным, ЭФМ. Вид очистки должен быть механический.	шт.	8	TOO «Медидез»	06.06.2023 12-30	644000
10	Фильтр очистки дезинфицирующего средства в Установке DSD-201	Фильтр должен быть предназначен для механической очистки рабочего раствора дезинфицирующего средства в Установке.	шт.	48	TOO «Медидез»	00.00.2023 12-30	552000

	показывающую напра	ки. Фильтр должен иметь маркировку авление потока жидкости. Диаметр					
	фильтрующего элеме	ента не более 30 мм. Габаритная длина с					
	соелинительными шт	уперами не более 180 мм.					
1) потенциальные постав 2) определены соответствующи	щики, при процедуре в	скрытия конвертов с ценовыми предложениями не вения, следующие потенциальные поставщики: ТОО предложений всех потенциальных поставщиков	присутствовали. «Медидез». комиссия АО «Казахский научно-ис	следовательский институт онкологии и			
3. По результатам радиологии», г. Алматы, пр.Аб - признать закупки товаро	бая, 91 <b>РЕШИЛА:</b> ов «Закуп лекарственнь	их средств, медицинских изделий» способом запрос	а ценовых предложений по лоту № 1	-10 состоявшимися на основании пункта			
139; - осуществить закупки по лоту № 1-10 у ТОО «Медидез» (г.Рудный, ул.Топоркова стр. 39/1) на сумму 4139000,00 (четыре миллиона сто тридцать девять тысяч) тенге осуществить закупки по лоту № 1-10 у ТОО «Медидез» (г.Рудный, ул.Топоркова стр. 39/1) на сумму 4139000,00 (четыре миллиона сто тридцать девять тысяч) тенге Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.							
Онгарбаев Б.Т.		Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Турлыбекова Г.Н.	Руководитель отдела правовой работы;			
Кузембаев Т.М.	Mo	начальник Отдела государственных закупок,	Исбергенова К.К.	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;			

Диас А.

менеджер Отдела

секретарь комиссии.

государственных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

анализа;

экономист отдела планирования и экономического

Бимирзаева Ж.Г.