Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«____» _____2023 года

Протокол итогов № 47-2023
по закупу лекарственных средств, медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

«18» декабря 2023 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
1	Игла для миелоаспирации MIELO-CAN2 (MCN) 26-модификация	Игла для стернальной пункции, с тройной заточкой, имеет регулируемую длину иглы, рукоять повышенной комфортности, канюля изготовлена из сверхпрочной стали. Иглы для биопсии костного мозга; 26-модификация игла для миелоспирации с размером 15G-2,8-4.8см. Предназначена для пенетрации мягких и костных тканей и аспирации костного мозга из грудины. Игла выполнена из медицинской стали высокого качества. Кодовый цвет – синий. Диаметр иглы 15G (1,8 мм.). Максимальная рабочая длина иглы – 50мм. Тип заточки внешней канюли – режущая, с тремя гранями и со скосом в 35 градусов. Тип заточки внутреннего мандрена – режущая, с тремя гранями и со скосом в 35 градусов. Внешняя канюля иглы припаяна к пластиковому блоку рукояти, оснащенному поперечными крыльями. Игла оснащена встроенным портом Луэр для подсоединения шприца для аспирации. Игла оснащена специальным курсором для регилирования глубины проникновения (10-28 мм.). Игла упакована в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. Также нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. Игла стерилизована этиленоксидом и предназначена для однократного применения	шт	100	ТОО «Intermedica-NS»	08.12.2023 09-15	1847000

1) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.
2) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Intermedica-NS».

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лоту № 1 состоявшимися на основании пункта 78;
- осуществить закупки по лоту № 1 у ТОО «Intermedica-NS» (г.Астана, ул.Бараева, д.8/1, НП-19) на сумму 1847000,00 (один миллион восемьсот сорок семь тысяч) тенге.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Турлыбекова Г.Н.	_____	Руководитель отдела правовой работы;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.