

Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
Кайдарова Д.Р.
« » 2024 года



Протокол итогов № 46-2024
по запуску медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
1	Раствор антикоагулянта	Раствор антикоагулянта АСD-A в пластиковом контейнере. АСD-A – 500мл	шт	40	нет		
2	Набор расходного материала	Набор расходного материала для получения стволовых клеток на аппарате Амикус Х6R2326 Amicus Mononuclear. Cell Kit для сепаратора крови Амикус.	шт	20	ТОО «Медикус-М»	06.09.2024 16-00	2619600
3	Цемент костный	Цемент - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кислосладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. -N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. -Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья: между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: -Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). -Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр.	шт	10	ТОО «Арех Со»	04.09.2024 15-00	447850
4	Игла с конусным срезом 11G, 5 дюймов; размером 13G, 5 дюймов	<ul style="list-style-type: none">• идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего• четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы• стандартный калибр 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см.• цветовая маркировка мандренов и троакара	шт	20	ТОО «Арех Со»	04.09.2024 15-00	434000

- 1) В ходе рассмотрения ценовых предложений не отклонено.
- 2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.
- 3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Медикус-М», ТОО «Арех Со».


3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**

- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лоту № 1 несостоявшимися на основании пункта 79;
- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 2, 3, 4 состоявшимися на основании пункта 78;

- осуществить закупки по лоту №3,4 у ТОО «Арех Со» (г.Алматы, ул.Е.Рахмадиева 35) на сумму 881850,00 (восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) тенге, осуществить закупки по лоту №2 у ТОО «Медикус-М» (Алматинская обл., пос.Отеген Батыр, ул.Калинина 2, оф.711) на сумму 2619600,00 (два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот) тенге.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.



Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Г.Н.



руководитель отдела правовой работы;

Кузембаев Т.М.



начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;

Исбергенова К.К.



Руководитель Центра лекарственного обеспечения;

Бимирзаева Ж.Г.



экономист отдела планирования и экономического анализа;

Диас А.



менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.