



Протокол итогов № 57-2024
по запуску медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

«19» ноября 2024 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
1	Инструменты для удаления винтов системы ChLP	Инструменты для удаления винтов. Набор инструментов предназначен для удаления кортикальных и блокирующих винтов. Все инструменты метятся на одном поддоне в специальном контейнере предназначенном для стерилизации и хранения. В состав набора инструментов входят следующие инструменты: 4 экстрактора со спиральной конусной поверхностью под головки винтов со шлицом T8, T15/S2,5, T25/S3,5, T30/S5, 7 наконечников под винты со шлицом T8, T15, T25, T30, S2,5, S3,5, S5, 4 трепана для винтов диаметром 2,4/2,7мм, 3,5мм, 5,0мм и 7,3мм, 4 экстрактора для кортикальной части винтов, у которых отсутствует головка диаметром 2,4/2,7мм, 3,5мм, 5,0мм и 7,3мм, рукоятка T с быстроразъемным соединением в которой можно закрепить экстракторы, трепаны и наконечники, 2 захвата для винтов с закругленными рифлеными рабочими частями губок, под диаметр винтов 1,5-2,7мм и 3,5-6,5мм. Материал изготовления инструментов набора - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% max., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное.	наб	1	ТОО «Арех Со»	18.12.2024г 10-30	4325000

- 1) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.
- 2) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Арех Со».
3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**
 - признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1 состоявшимися на основании пункта 78;

- осуществить закупки по лоту № 1 у ТОО «АреxСо» (г.Алматы, мкр.НурАлатау, ул.Е.Рахмадиева 35) на сумму 4325000,00 (четыре миллиона триста двадцать пять тысяч) тенге. Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.



Заместитель Председателя правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Кузембаев Т.М.




начальник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

Бимирзаева Ж.Г.



экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Турлыбекова Г.Н.



руководитель отдела правовой
работы;

Исбергенова К.К.



Руководитель Центра
лекарственного обеспечения;

Диас А.



менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.